

进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市妇幼保健院		
采购项目名称	洛阳市妇幼保健院关于精囊镜（纤维输尿管肾镜）单一来源采购项目		
采购项目金额	15 万元		
拟采购进口产品名称及金额	精囊镜（纤维输尿管肾镜） 金额：150000 元		
申请理由：1. 中国境内无法获取（√） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他（ ）			
采购单位阐述原因： 随着科学技术的发展，精囊镜微创技术在许多临床疾病中都有应用，例如：检查、治疗不育的症状、无精症状、血精等男性疑难疾病方面的运用精囊镜技术都取得了好的成果，特别是专门针对少弱精症、射精痛、血精、精囊炎、精囊结石等有突破性效果，也是目前国内男科界前沿的技术之一。 我单位所申请的精囊镜（纤维输尿管肾镜）前端直径 4.5Fr、后端直径 6.5Fr，目前国内市场上没有经国家注册的精囊镜产品且无法满足此项需求，特申请采购进口精囊镜（纤维输尿管肾镜）。			
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 该产品较国内市场上的产品更能满足用户的特殊需求，技术参数要求方面能完全满足用户的需要，因在中国市场上没有能满足需求的同类产品。建议购买该进口产品。 专家签字：  2022 年 1 月 7 日			

本表专家一人一表填写论证意见并签字

进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市妇幼保健院		
采购项目名称	洛阳市妇幼保健院关于精囊镜（纤维输尿管肾镜）单一来源采购项目		
采购项目金额	15 万元		
拟采购进口产品名称及金额	精囊镜（纤维输尿管肾镜） 金额：150000 元		
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ☒ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ☐ ） 3. 其他（ ☐ ）			
采购单位阐述原因： 随着科学技术的发展，精囊镜微创技术在许多临床疾病中都有应用，例如：检查、治疗不育的症状、无精症状、血精等男性疑难疾病方面的运用精囊镜技术都取得了好的成果，特别是专门针对少弱精症、射精痛、血精、精囊炎、精囊结石等有突破性效果，也是目前国内男科界前沿的技术之一。 我单位所申请的精囊镜（纤维输尿管肾镜）前端直径 4.5Fr、后端直径 6.5Fr，目前国内市场上没有经国家注册的精囊镜产品且无法满足此项需求，特申请采购进口精囊镜（纤维输尿管肾镜）。			
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 洛阳市妇幼保健院采购的纤维输尿管肾镜，对前端和后端直径要求精确，要求较高，为治疗男性疑难疾病所必须，经市场调研，国内市场无经国家注册的此器械，为满足医院治疗需求，建议购置进口产品。			
专家签字： 王健绍		2022 年 1 月 7 日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字

进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市妇幼保健院		
采购项目名称	洛阳市妇幼保健院关于精囊镜（纤维输尿管肾镜）单一来源采购项目		
采购项目金额	15 万元		
拟采购进口产品名称及金额	精囊镜（纤维输尿管肾镜） 金额：150000 元		
申请理由：1. 中国境内无法获取（ ☒ ） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ☐ ） 3. 其他（ ☐ ）			
采购单位阐述原因： 随着科学技术的发展，精囊镜微创技术在许多临床疾病中都有应用，例如：检查、治疗不育的症状、无精症状、血精等男性疑难疾病方面的运用精囊镜技术都取得了好的成果，特别是专门针对少弱精症、射精痛、血精、精囊炎、精囊结石等有突破性效果，也是目前国内男科界前沿的技术之一。 我单位所申请的精囊镜（纤维输尿管肾镜）前端直径 4.5Fr、后端直径 6.5Fr，目前国内市场上没有经国家注册的精囊镜产品且无法满足此项需求，特申请采购进口精囊镜（纤维输尿管肾镜）。			
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 经查询《中国禁止进口限制进口技术目录》、《禁止进口货物目录（第七批）》、《限制进口机电产品目录》等相关法律法规及规定，申请单位拟采购产品不属于禁止或限制进口产品，采购项目具有合法合规性。			
专家签字：		魏为涛	2022年1月7日

本表专家一人一表填写论证意见并签字

进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市妇幼保健院		
采购项目名称	洛阳市妇幼保健院关于精囊镜（纤维输尿管肾镜）单一来源采购项目		
采购项目金额	15 万元		
拟采购进口产品名称及金额	精囊镜（纤维输尿管肾镜） 金额：150000 元		
申请理由：1. 中国境内无法获取（√） 2. 无法以合理的商业条件获取（ ） 3. 其他（ ）			
采购单位阐述原因： 随着科学技术的发展，精囊镜微创技术在许多临床疾病中都有应用，例如：检查、治疗不育的症状、无精症状、血精等男性疑难疾病方面的运用精囊镜技术都取得了好的成果，特别是专门针对少弱精症、射精痛、血精、精囊炎、精囊结石等有突破性效果，也是目前国内男科界前沿的技术之一。 我单位所申请的精囊镜（纤维输尿管肾镜）前端直径 4.5Fr、后端直径 6.5Fr，目前国内市场上没有经国家注册的精囊镜产品且无法满足此项需求，特申请采购进口精囊镜（纤维输尿管肾镜）。			
专家论证意见：（不可以只写同意，应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性，并提出采购建议） 该项目采购产品精囊镜为前沿技术产品，是治疗男性疑难疾病所必需，该产品技术参数国内产品无法满足，建议采购进口产品来满足项目需求。			
专家签字：张宇海		2022年1月7日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字

