

# 洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会监护类采购项目

## 复议报告

项目名称：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会监护类采购项目

复议日期：2024 年 12 月 17 日

洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会监护类采购项目复议会于 2024 年 12 月 17 日 9 点 30 分整在洛阳市滨河南路与学子街交叉口天汇中心 1805 室举行。

一、经论证专家小组审查，

河南省月安医疗器械有限公司回复如下：

质疑事项一回复：修改为 1.2.3★具有强大的心电抗干扰能力，适用于手术工作环境。


质疑事项二回复：修改为 2.2.3★心电模式具有诊断、手术、监护、ST 模式，适用于手术工作环境。

河南省亿润医疗器械有限公司回复如下：

包 1：高端插件式监护仪

回复：一、基本配置，不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复：6. 配置，不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。



回复：8. ★基本功能模块，不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复：修改为 12. 支持 RR 呼吸率测量，测量范围：1~150rpm。

回复：24. ★标配旁流 EtCO<sub>2</sub> 监测模块，不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复：28. 该条参数删除。

回复：32. 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复：33. 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

包 1：高端心电监护仪

回复：6. 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复：15. 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复：16. 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复：20. 该条参数删除。

包 1：高端心电监护仪（三）系统功能

回复：2，不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

包 1：监护仪

回复 6. 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复 15. 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复 16. 修改为★配备旁流 EtCO<sub>2</sub> 监测模块。

包 1：监护仪 三、系统功能

回复 2. 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

包 3：中央心电监护仪（一拖六）

回复：4.8 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复：5. 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

包 3：（二）：监护仪参数

回复：3.12 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

回复：3.17 不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

河南鼎之丰商贸有限公司回复如下：

质疑事项一回复：不存在倾向性、排他性、歧视性，为扣分项，并非否决项，不修改。

质疑事项二回复：修改为★7、遥测盒防水等级 $\geq$ IPX7。

质疑事项三回复：修改为★4、血压测量模式：降压法或升压法。

质疑事项四回复：★项在 20%以内均可，不修改。

论证专家小组签字：

陈勇 袁新平 王健智  
李 斌 刘永平

2024 年 12 月 17 日